

(公表用)

指名（一般）競争入札 質問・回答書

件 名 : 高規格救急自動車（更北分署及び鬼無里分署配置）

質 問 内 容		回 答
1	P 2 10 トランスミッション 電子制御フレックスロックアップ 付6速オートマチックとなります。	問題ありません。
2	P 4 13 携帯電話 新品の本体・付属品の納品でよろ しいでしょうか。	そのとおりです。
3	P 4 13 自動車用衛星電話 新品の本体・付属品・衛星車載ア ンテナの新規取付でよろしいでしょ うか。	そのとおりです。
4	P 4 14 メインストレッチャー 防振ベットは感染防止対策上にお いて、床面（防振ベット下部を含 む）及び防振ベットのカバー部を水 洗いする事を可能にした電気等を用 いないタイプとの解釈でよろしいで しょうか。	お見込みのとおりです。